RETIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG torna Publico a RETIFICAÇÃO do Anexo I – Termo de Referencia do Processo Licitatório nº 016/2021 que tem como objeto: Aquisição de equipamentos para sala de vacina, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Em razão de tal retificação a reunião para recebimento e abertura dos envelopes que inicialmente seria no dia 05/04/2021 as 09:00h, foi remarcada para o dia 09/04/2021 as 09h .

No anexo I – Termo de referencia na descrição do item 1 , onde se Lê:

ITEM	GÊNERO/DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
1.	**Câmara para conservação de imunobiológicos**- Faixa de temperatura +2°C a +8°C; Capacidade de no mínimo 280L úteis ou 12.500 doses de 5ml; Interior mínimo de 05 gavetas ou prateleiras; Voltagem 110/220 V | 50 / 60 Hz - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de imunobiológicos, hemoderivados, termolábeis e medicamentos. - Capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - 04 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. - Isolamento térmico mínimo nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo	02	UNIDADE

	display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Ter certificado de registro na ANVISA classe II, **Certificação ISO 13485, FDA ou CE**. - Manual do proprietário em Português. CONTER: - **Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia (**conversor 12 volts, ou bateria, ou nobreack). - Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador;		

Passa-se a ler:

ITEM	GÊNERO/DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE
1.	**Câmara para conservação de imunobiológicos**- Faixa de temperatura +2°C a +8°C; Capacidade de no mínimo 280L úteis ou 12.500 doses de 5ml; Interior mínimo de 05 gavetas ou prateleiras; Voltagem 110/220 V | 50 / 60 Hz - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de imunobiológicos, hemoderivados, termolábeis e medicamentos. - Capacidade para armazenamento mínimo de 280	02	

	litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - 04 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. - Isolamento térmico mínimo nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Ter certificado de registro na ANVISA classe II, - Manual do proprietário em Português. CONTER: - **Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia (**conversor 12 volts, ou bateria, ou nobreack). - Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador;		UNIDADE

Dom Joaquim/MG 24 de Março de 2021.

Patrícia Teixeira Silva

Pregoeira Oficial